



جامعة آل البيت

Procurement Department

AL al-Bayt University

دائرة الشراء

الرقم: ٢٠٤٥/٣٦
الموافق: 26 آب 2025 م.

ملحق رقم (2) خاص بالعطاء
رقم (2025/36) توريد وتركيب وتشغيل مختبر تقنيات الأشعة.

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الاستفسار الوارد الى الجهة المشتري بتاريخ 2025/8/20، من قبل احدى الشركات والمتعلق بالعطاء المشار اليه أعلاه، والمتضمن الاستفسار عن بعض مواصفات العطاء أعلاه. وبعد مراجعة الاستفسار من قبل الجهة المختصة والخاصة بجهاز تصوير الأشعة السينية، نود التأكيد على ما يلي:

1. بالنسبة للمواصفة رقم (5) تعديل المواصفة لتصبح (less than 4 KG) بدلاً من (less than 3 KG).
 2. بالنسبة للمواصفة رقم (11) - تم حذفها سابقاً وحسب ما جاء بالملحق رقم (1) الخاص بالعطاء أعلاه تاريخ 2025/8/20.
 3. بالنسبة للمواصفة رقم (14) - القطعة موجودة في الإكس ري (جهاز التصوير الشعاعي)، حيث أن الجهاز يعطي قراءة للأشعة الممتصة أثناء التصوير.
 4. بالنسبة للمواصفة رقم (15) - نفس الموجود في جهاز التصوير الإشعاعي، حيث يحتوي على (Collimator) واحد فقط ويتم التحكم بأبعاد حجم الجزء المراد تصويره.
 5. بالنسبة للمواصفة رقم (19) - يأتي مع جهاز تصوير الأشعة بعض المواد الإضافية للحماية من الأشعة أثناء التصوير [قطع مختلفة ل (Gonad Thyroid وكذلك Full body)].
 6. بالنسبة لتمديد موعد إيداع العروض، فإنه تم تعديل موعد إيداع العروض وفتح المظاريف سابقاً بموجب الملحق رقم (1) تاريخ 2025/8/20، ولمدة أسبوعين، وحسب الآتي:
- تم تمديد مدة الموعد النهائي لتقديم العروض لغاية الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2025/9/4، وعلى ان يكون فتح المظاريف الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2025/9/7.
- تنويه: يعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء ويطلب من جميع المناقصين الأخذ به عند اعداد عروضهم.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مديرة دائرة الشراء

ایمان أبو ذویب

