



Procurement Department

جامعة آل البيت
AL al-Bayt University

دائرة الشراء

الرقم: ٣٤٩ / ٤٤٤ م .
الموافق: 15 تموز 2024 م .

السادة السيدات المحترمين

تحية طيبة، وبعد،،،

إشارة لدعوة العطاء رقم (2024/18) توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاجة مختبرات قسم التغذية السريرية والحميات.
يرجى العلم بان بند جهاز قياس مكونات الجسم من دهون وعضلات
COMPOSITION ANALYZER، تم تعديل الوصف الخاص به ليصبح كما يلي:

Description	Unit	Instrument
COMPOSITION ANALYZER قياس مكونات الجسم من دهون وعضلات	1	- Capacity: 300 Kg - Dimensions: 450(W) x 340(D) x 90(H) mm

واعتبار ما ورد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من دعوة العطاء بهذا الخصوص.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير دائرة الشراء


سليم علي المناحي





Procurement Department

جامعة آل البيت
AL al-Bayt University

دائرة الشراء

الرقم : ٣٥-٤٤-٤٠٠

الموافق : 15 تموز 2024 م .

السادة المهندسين المحترمين

تحية طيبة، وبعد،،،

إشارة لدعوة العطاء رقم (2024/18) توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاجة مختبرات قسم التغذية السريرية والحميات.

يرجى العلم بان بند جهاز حرق العينات الغذائية وتحديد كمية الرماد، Ashing furnace electrical muffle furnaces قد تم تعديل الوصف الخاص به ليصبح كما يلي:

الجهاز	العدد	المواصفات
Ashing furnace electrical muffle furnaces حرق العينات الغذائية وتحديد كمية الرماد	1	<ul style="list-style-type: none">- Temperature max 1100 °C- 8 Litter- Heating from two sides- Heavy duty convection fan for good uniformity.- Low thermal mass .- Corrosion resistant, brushed stainless steel interior.- Suitable for continuous operation.- Hard wearing, zinc coated & stoved epoxy polyester coated exterior.

واعتبار ما ورد اعلاه جزءاً لا يتجزأ من دعوة العطاء بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير دائرة الشراء

سليم علي المناعي

